



LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE 09/2026

4 mensagens

Licitacao | IS8 <licitacao@is8.com.br>

15 de maio de 2026 às 15:45

Para: "cpl@mangaratiba.rj.gov.br" <cpl@mangaratiba.rj.gov.br>, "cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com" <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>

Sr pregoeiro, favor esclarecer o que segue.

O LOTE 243 – Fita teste biológico para leitura de 3 HORAS.

O item é fita mesmo ou ampola ?

Em sendo ampola, não foi solicitado o comodato da incubadora (equipamento necessário para leitura desses indicadores).

Sendo assim, perguntamos :

Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato ?

- Se sim, qual quantidade ?

Agradecemos o breve retorno.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Grata!!!

Visite nossa página : www.is8.com.br



ELIANA BORSARE
COMERCIAL / LICITAÇÃO

Tel.: (11) 3565-7705 / 7706
Cel/WhatsApp : (11) 95694 - 5100

LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>

15 de maio de 2026 às 15:47

Para: COMPRAS SAUDE <comprassaudemangaratiba2017@gmail.com>

Cco: Dayana Henrique <dayana.henriqueadm@gmail.com>

Boa tarde,

´para vossa ciência, apreciação e resposta.

atenciosamente,

Mariana Alves

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Dayana Henrique <dayana.henriqueadm@gmail.com>
Para: LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>

18 de maio de 2026 às 09:50

Bom dia!
Ampola, sem comodato.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Dayana Henrique
Diretora Administrativa
Hospital Municipal Victor de Souza Breves
Prefeitura Municipal de Mangaratiba



LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>
Para: Licitacao | IS8 <licitacao@is8.com.br>
Cc: "cpl@mangaratiba.rj.gov.br" <cpl@mangaratiba.rj.gov.br>

18 de maio de 2026 às 09:57

Bom dia Prezado,

segue a resposta da Sec Saúde:

Ampola, sem comodato.

atenciosamente,

Mariana Alves
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]