



LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 09/2026 REMARCAÇÃO II - ESPECIFARMA

4 mensagens

Ana Beatriz <cot.lic@especificarma.com.br>
Para: cpl@mangaratiba.rj.gov.br
Cc: cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com

18 de maio de 2026 às 16:44

Boa tarde, prezados.

Gostaria de solicitar esclarecimentos referente aos itens abaixo, por gentileza.

165 e 166 – As descrições estão incompletas, precisamos das especificações dos equipos e modelos.

243 – Será aceito indicador biológico ? Para qual processo é ? A vapor ou outro ?

259 – É processo de óxido de etileno ou a vapor ?

At.te,



LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>
Para: COMPRAS SAUDE <comprassaudemangaratiba2017@gmail.com>
Cc: Dayana Henrique <dayana.henriqueadm@gmail.com>

19 de maio de 2026 às 07:56

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Dayana Henrique <dayana.henriqueadm@gmail.com>
Para: LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>
Cc: COMPRAS SAUDE <comprassaudemangaratiba2017@gmail.com>

19 de maio de 2026 às 09:50

Em ter., 19 de mai. de 2026 às 07:56, LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Ana Beatriz** <cot.lic@especifarma.com.br>

Date: seg., 18 de mai. de 2026 às 16:44

Subject: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 09/2026 REMARCAÇÃO II - ESPECIFARMA

To: <cpl@mangaratiba.rj.gov.br>

Cc: <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>

Boa tarde, prezados.

Gostaria de solicitar esclarecimentos referente aos itens abaixo, por gentileza.

165 e 166 – As descrições estão incompletas, precisamos das especificações dos equipos e modelos.

165 - Equipo Parenteral para Bomba de Infusão com Injetor Lateral.

166 - Equipo feito com material à prova de luz, para proteção de fármacos que correm risco de perder suas características medicamentosas quando expostos à luz, com ponta perfurocortante com protetor e respiro lateral, com câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar e filtro de partículas, conector em Y isento de látex, pinça rolete, tubo PVC de 2,3m, conexão luer lock com tampa.
Para uso em bombas de infusão universais.

243 – Será aceito indicador biológico ? Para qual processo é ? A vapor ou outro ?

Será, aceito indicador, processo a vapor.

259 – É processo de óxido de etileno ou a vapor ?

Vapor.

At.te,



Especificarma
Suprimentos de Saúde

Ana Beatriz de Freitas
Assistente de Licitação

(21) 2417-9700 / (21) 3626-3200 / (21) 3950-9700
(21) 99592-1922

www.especifarma.com.br | @especifarma

Estrada da Pedra, Nº 5.100 - Guaratiba
CEP: 23030-380 - Rlo de Janelro - RJ

--
Dayana Henrique

Diretora Administrativa
Hospital Municipal Victor de Souza Breves
Prefeitura Municipal de Mangaratiba



LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>
Para: Ana Beatriz <cot.lic@especificarma.com.br>
Cc: cpl@mangaratiba.rj.gov.br

19 de maio de 2026 às 13:53

Boa tarde,
segue abaixo a resposta da Secretaria de Saúde:

165 e 166 – As descrições estão incompletas, precisamos das especificações dos equipos e modelos.

165 - Equipo Parenteral para Bomba de Infusão com Injetor Lateral.

166 - Equipo feito com material à prova de luz, para proteção de fármacos que correm risco de perder suas características medicamentosas quando expostos à luz, com ponta perfurocortante com protetor e respiro lateral, com câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar e filtro de partículas, conector em Y isento de látex, pinça rolete, tubo PVC de 2,3m, conexão luer lock com tampa.
Para uso em bombas de infusão universais.

243 – Será aceito indicador biológico ? Para qual processo é ? A vapor ou outro ?

Será, aceito indicador, processo a vapor.

259 – É processo de óxido de etileno ou a vapor ?

Vapor.

At.te,

Mariana Alves
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]